

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	细胞培养板, 12孔, 平底, 表面 TC 处理, 无菌			产品货号	GS01-0012
包装规格	1个/袋, 50袋/箱			生产批号	260424003
生产日期	2026.04.24	有效期至	2029.04.23	检验日期	2026.04.26
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.05.11
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	应无缺料/破损、开裂、油污、水印、脏污/杂质、飞边、黑点、划伤等不良缺陷			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			
4	接触角	水滴与被测面的接触角 $\leq 60^\circ$			符合规定
5	细胞培养	细胞培养后, 细胞贴壁状态良好, 形态良好			符合规定
6	适配性	本体与对应盖子装配配合程度是否良好, 装配无阻碍, 装配后上盖无晃动			符合规定
7	无菌	灭菌后经检测应为阴性			符合规定
8	热原(内毒素)	无热原 (细菌内毒素 $\leq 0.125$ EU/ml)			符合规定
9	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	质检专用章 王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.05.11	日期:	2026.05.11
http://www.genever-bio.com					