

建诺为生物技术(江苏)有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	可立冻存管, 1.8ml, 外旋, 无菌			产品货号	GD01-0020
包装规格	100支/袋, 20袋/箱			生产批号	260503003
生产日期	2026.05.03	有效期至	2029.05.02	检验日期	2026.05.05
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.05.20
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			
		刻度印刷、书写区印刷干净整洁			
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			
		密封性好			
4	耐高温性	放入灭菌器中, 经 121°C、30min 后, 不得变形与损伤			符合规定
5	耐低温性	通过 -196°C 低温测试, 不得变形与损伤			符合规定
6	无菌	灭菌后经检测应为阴性			符合规定
7	热原(内毒素)	无热原(细菌内毒素 $\leq 0.125$ EU/ml)			符合规定
8	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.05.20	日期:	2026.05.20
http://www.genever-bio.com					