

建诺为生物技术(江苏)有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	冻存盒, 纸质, 81 格, 适用于 2ml 冻存管	产品货号	GD05-0909		
包装规格	50 个/箱	生产批号	260304001		
生产日期	2026.03.04	有效期至	2031.03.03	检验日期	2026.03.05
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.03.06
序号	检验项目	标准规定		检验结果	
1	外观	表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡		符合规定	
		不得有砂眼, 周边不得有毛刺			
2	尺寸	应符合图纸中规格要求		符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象		符合规定	
		无变形			
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.03.06	日期:	2026.03.06
http://www.genever-bio.com					