

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	方形培养基瓶, 500ml, PET, 无菌			产品货号	GH03-0500	
包装规格	24 个/袋, 2 袋/箱			生产批号	202605012	
生产日期	2026.05.29	有效期至	2029.05.28	检验日期	2026.05.31	
检验依据	检验标准操作规程 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.06.15	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	外观	瓶口端面应平整, 螺纹应圆滑, 无明显毛刺、飞边等			符合规定	
		瓶身成型饱满、塑化良好, 表面光滑, 无明显划痕				
		瓶底站立平稳, 放置时不得出现摇晃现象				
		瓶盖应光洁, 不得有黑点、锈斑、油污等外来附着物				
		色泽均匀, 透明度好, 能清晰的观察到容器内的物质				
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定	
3	容量	容量刻度线清晰完整, 不得缺失刻度和数字			符合规定	
		500ml ± 0.5				
4	密封性	瓶盖与瓶身应旋盖顺畅, 配合严密			符合规定	
		负压 95Kpa, 保压 3min, 无渗漏			符合规定	
5	耐高温性	放入 56℃ 水浴中, 放置 30min 后, 不得变形与损伤			符合规定	
6	耐低温性	放入 -80℃ 冰箱下, 放置 48h 后, 不得变形与损伤			符合规定	
7	无菌	灭菌后经检测应为阴性			符合规定	
8	热原 (内毒素)	无热原 (细菌内毒素 ≤ 0.125 EU/ml)			符合规定	
检验结论		合格 质检专用章				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊	
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期:	2026.06.15	日期:	2026.06.15	
固定电话: (+86) 0523-86266686						
http://www.genever-bio.com						