

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		深孔板，96 孔，圆孔圆底，1.2ml，低吸附，无盖		产品货号		GE-1.2-RD-96L	
包装规格		5 个/袋，10 袋/箱		生产批号		260517001	
生产日期		2026.05.17	有效期至	2031.05.16	检验日期	2026.05.18	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.05.19	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形				符合规定	
		产品表面无气泡、黑点、脏污等					
		产品上毛边小于 0.1mm					
		产品无缺口、破孔、明显色差等					
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定	
		无变形					
4	负压测试	负压 90KPa，保压 5s，无渗漏				符合规定	
5	耐高温性	放入灭菌器中，经 121℃、30min 后，不得变形与损伤				符合规定	
6	耐低温性	放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，不得变形与损伤				符合规定	
7	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）				符合规定	
8	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	日期：	质检专用章 王 军	确认人：	汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686							
http://www.genever-bio.com							