

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	PCR96 孔板, 0.2ml, 透明, 半裙边			产品货号	PCR-02S-96
包装规格	10 个/袋, 5 袋/箱			生产批号	260510001
生产日期	2026.05.10	有效期至	2031.05.09	检验日期	2026.05.11
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.05.12
序号	检验项目	标准规定		检验结果	
1	外观	表面不可有黑点、气泡、拉痕、破损等异常缺陷		符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格要求		符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象		符合规定	
		无变形			
4	壁厚	壁厚标准规格: 0.180~0.360mm		符合规定	
5	蒸发率	PCR 板 \leq 10%		符合规定	
6	离心测试	20min 离心后, 无漏液		符合规定	
7	负压测试	负压 90KPa, 保压 5s, 无渗漏		符合规定	
8	热原(内毒素)	无热原 (细菌内毒素 \leq 0.125 EU/ml)		符合规定	
9	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶		符合规定	
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验:	王军	确认:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.05.12	日期:	2026.05.12
http://www.genever-bio.com					