

建诺为生物技术(江苏)有限公司
产品质量检验报告

产品名称	样品管, 0.5ml, 可立, 带平盖, 无色, 红盖			产品货号	GY01-0005-R
包装规格	100支/袋, 10袋/箱			生产批号	260521009
生产日期	2026.05.21	有效期至	2031.05.20	检验日期	2026.05.22
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.05.23
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	表面不可有飞边、黑点、气泡、划痕、波浪纹等异常缺陷			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			
4	配合性	管体、管盖配合程度良好无卡顿、无滑丝过扭 垫圈与管盖、管体配合良好			符合规定
5	密封性	负压 60Kpa, 保压 10min, 无渗漏			符合规定
6	离心测试	耐受离心力 14000xg, 离心 20min 后, 不得变形与破裂			符合规定
7	耐高温性	放入灭菌器中, 经 121℃、30min 后, 不得变形与损伤			符合规定
8	耐低温性	放入 -80℃ 冰箱中, 放置 24h 后, 不得变形与损伤			符合规定
9	热原(内毒素)	无热原(细菌内毒素 ≤ 0.125 EU/ml)			符合规定
10	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.05.23	日期:	2026.05.23
http://www.genever-bio.com					