

建诺为生物技术(江苏)有限公司
产品质量检验报告

产品名称	吸头盒, 适配 5ml 大口吸头			产品货号	TK5000A
包装规格	30 个/箱			生产批号	260517004
生产日期	2026.05.17	有效期至	2031.05.16	检验日期	2026.05.18
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.05.19
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			
		不得有砂眼, 周边不得有毛刺			
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			
3	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.05.19	日期:	2026.05.19
http://www.genever-bio.com					