

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	90PC 耐高温培养皿矮款			产品货号	FW-WB-002
包装规格	16 个/袋, 25 袋/箱			生产批号	F260601A
生产日期	2026.06.04	有效期至	2031.06.03	检验日期	2026.06.11
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.06.12
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			
		不得有砂眼, 周边不得有毛刺			
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			
3	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
4	耐高温性	放入高压灭菌器, 经 121°C 30min 后, 应无变形与损伤			符合规定
检验结论		合格 质检专用章			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期:	2026.06.12	日期:	2026.06.12
固定电话: (+86) 0523-86266686					
http://www.genever-bio.com					