

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	滤芯吸头, 5ml, 小口, 适配赛默飞, 盒装, 无菌			产品货号	GTF-5000-S	
包装规格	40 支/盒, 30 盒/箱			生产批号	260518001	
生产日期	2026.05.18	有效期至	2029.05.17	检验日期	2026.05.20	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.06.04	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定	
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡				
		不得有砂眼, 周边不得有毛刺				
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定	
		无变形				
4	密封性	与移液器配套使用, 密封性好, 无漏液			符合规定	
5	适配性	与移液器配套使用, 应有良好的适配性			符合规定	
6	容量	5ml ± 1%			符合规定	
7	无菌	灭菌后经检测应为阴性			符合规定	
8	热原 (内毒素)	无热原 (细菌内毒素 ≤ 0.125 EU/ml)			符合规定	
9	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定	
检验结论		合格 质检专用章				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊	
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期:	2026.06.04	日期:	2026.06.04	
固定电话: (+86) 0523-86266686						
http://www.genever-bio.com						