

建诺为生物技术(江苏)有限公司
产品质量检验报告

产品名称	低吸附吸头, 1000ul, 加长, 袋装			产品货号	GT05-1000
包装规格	1000 支/袋, 10 袋/箱			生产批号	202606015
生产日期	2026.06.28	有效期至	2031.06.27	检验日期	2026.06.29
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.06.30
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			
		不得有砂眼, 周边不得有毛刺			
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			
4	密封性	与移液器配套使用, 密封性好, 无漏液			符合规定
5	适配性	与移液器配套使用, 应有良好的适配性			符合规定
6	容量	1ml ± 1%			符合规定
7	热原(内毒素)	无热原(细菌内毒素 ≤ 0.125 EU/ml)			符合规定
8	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.06.30	日期:	2026.06.30
http://www.genever-bio.com					