

建诺为生物技术(江苏)有限公司
产品质量检验报告

产品名称	针式过滤器, 水系 PES, 25mm, 0.22um, 无菌			产品货号	GA02-2505
包装规格	50 个/盒			生产批号	260511LM
生产日期	2026.05.11	有效期至	2031.05.10	检验日期	2026.05.13
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.05.28
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	无闪光、变形、可见的斑点			符合规定
2	过滤面积	0.8cm ²			符合规定
3	Holdup 体积	15ul			符合规定
4	润湿性	亲水性的			符合规定
5	进口/出口	母鲁尔锁口/公鲁尔滑口			符合规定
6	最高工作温度	100℃			符合规定
7	起泡点	2.75-3.25bar			符合规定
8	燃烧压力	15bar			符合规定
9	清洁度	无斑点, 无杂质			符合规定
10	完整性测试	压力下无泄漏			符合规定
11	无菌	灭菌后经检测应为阴性			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	质检专用章 王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.05.28	日期:	2026.05.28
http://www.genever-bio.com					