

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		PCR96 孔板, 0.1ml, 白色, 无裙边		产品货号		PCR-01-96W	
包装规格		10 个/袋, 5 袋/箱		生产批号		260610003	
生产日期		2026. 06. 10	有效期至	2031. 06. 09	检验日期	2026. 06. 11	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 06. 12	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	表面不得有黑点、气泡、拉痕、破损等异常缺陷			符合规定		
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定		
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定		
		无变形					
4	壁厚	壁厚标准规格: 0.180~0.360mm			符合规定		
5	蒸发率	PCR96 孔板≤10%			符合规定		
6	离心测试	20min 离心后, 无漏液			符合规定		
7	负压测试	负压 90KPa, 保压 5s, 无渗漏			符合规定		
8	热原(内毒素)	无热原 (细菌内毒素≤0.125 EU/ml)			符合规定		
9	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定		
检验结论		合格 质检专用章					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人:	王 军	确认人:	汤 磊	
咨询热线: (+86) 400-996-8872							
固定电话: (+86) 0523-86266686			日期:	2026. 06. 12	日期:	2026. 06. 12	
http://www.genever-bio.com							