

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		PCR 管，0.2ml，透明，平盖		产品货号		PCR-02-F			
包装规格		1000 个/袋，10 袋/箱		生产批号		260614001			
生产日期		2026. 06. 14	有效期至	2031. 06. 13	检验日期	2026. 06. 15			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 06. 16			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定			
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡							
		不得有砂眼，周边不得有毛刺							
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定			
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定			
		无变形							
		密封性好							
4	容量	0.2ml±1%				符合规定			
5	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）				符合规定			
6	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验：		王 军		确认：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2026. 06. 16		日期：		2026. 06. 16	
http://www.genever-bio.com									