

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		微量离心管，1.5ml，锥形底，低吸附，无菌		产品货号		GCL01-0015-S				
包装规格		500 个/袋，10 袋/箱		生产批号		260623003				
生产日期		2026.06.23	有效期至	2029.06.22	检验日期	2026.06.25				
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.07.10				
序号	检验项目	标准规定				检验结果				
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定				
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡								
		不得有砂眼，周边不得有毛刺								
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定				
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定				
		无变形								
4	离心测试	离心力 25000xg，30min 离心后，不得变形与破裂				符合规定				
5	装配与密封性	管盖和管体装配动作顺畅，无明显卡滞现象				符合规定				
		密封性好，操作中无液体泄露								
6	耐高温性	放入灭菌器中，经 121℃、30min 后，不得变形与损伤				符合规定				
7	耐低温性	放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，不得变形与损伤				符合规定				
8	无菌	灭菌后经检测应为阴性				符合规定				
9	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）				符合规定				
10	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶				符合规定				
检验结论		合格								
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人： 王 军		确认人：		汤 磊			
咨询热线：(+86) 400-996-8872										
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：		2026.07.10		日期：		2026.07.10	
http://www.genever-bio.com										