

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		针式过滤器，PTFE，25mm，0.45um		产品货号		GA01-2512			
包装规格		100 个/盒		生产批号		260625002			
生产日期		2026. 06. 25	有效期至	2031. 06. 24	检验日期	2026. 06. 26			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 06. 27			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	无闪光、变形、可见的斑点				符合规定			
2	过滤面积	0.8cm ²				符合规定			
3	Holdup 体积	15ul				符合规定			
4	润湿性	亲水性的				符合规定			
5	进口/出口	母鲁尔锁口/公鲁尔滑口				符合规定			
6	最高工作温度	100℃				符合规定			
7	起泡点	2.75-3.25 bar				符合规定			
8	燃烧压力	15 bar				符合规定			
9	清洁度	无斑点，无杂质				符合规定			
10	完整性测试	压力下无泄漏				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		质检专用章 王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2026. 06. 27		日期：		2026. 06. 27	
http://www.genever-bio.com									