

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		三角细胞摇瓶，3000ml，透气盖，PC，无菌		产品货号		GF01-3000	
包装规格		1 个/袋，4 袋/箱		生产批号		260705002	
生产日期		2026. 07. 05	有效期至	2029. 07. 04	检验日期	2026. 07. 07	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 07. 22	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	应无缺料/破损、开裂、油污、水印、脏污/杂质、飞边、黑点、划伤等不良缺陷				符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定	
		无变形					
4	细胞培养	细胞培养后，细胞贴壁状态良好，形态良好				符合规定	
5	无菌	灭菌后经检测应为阴性				符合规定	
6	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）				符合规定	
7	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：王军		确认人：汤磊		
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：2026. 07. 22		日期：2026. 07. 22		
http://www.genever-bio.com							