

文件编号: JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

|                            |      |                            |      |              |      |              |  |              |  |
|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------|------|--------------|--|--------------|--|
| 产品名称                       |      | 窄口试剂瓶，1000ml，HDPE          |      | 产品货号         |      | GE04-1000    |  |              |  |
| 包装规格                       |      | 9 个/袋，10 袋/箱               |      | 生产批号         |      | 20260510     |  |              |  |
| 生产日期                       |      | 2026. 05. 10               | 有效期至 | 2031. 05. 09 | 检验日期 | 2026. 05. 11 |  |              |  |
| 检验依据                       |      | 检验标准指导书 SIP                | 检验部门 | 质控部          | 报告日期 | 2026. 05. 12 |  |              |  |
| 序号                         | 检验项目 | 标准规定                       |      |              |      | 检验结果         |  |              |  |
| 1                          | 外观   | 黑点≤0.2mm²，同侧面黑点≤2 个        |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |      | 无油污、无异色                    |      |              |      |              |  |              |  |
|                            |      | 无裂痕/拉伤、无划伤                 |      |              |      |              |  |              |  |
|                            |      | 无色差、无气泡/穿孔                 |      |              |      |              |  |              |  |
|                            |      | 浇口/毛刺≤0.3mm                |      |              |      |              |  |              |  |
| 2                          | 尺寸   | 应符合图纸中规格要求                 |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 3                          | 结构   | 不可有缺料、多料、断裂等现象             |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |      | 无变形                        |      |              |      |              |  |              |  |
| 4                          | 密封性  | 负压 70Kpa~90Kpa，保压 3min，无渗漏 |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |      |                            |      |              |      |              |  |              |  |
|                            |      |                            |      |              |      |              |  |              |  |
| 检验结论                       |      | 合格                         |      |              |      |              |  |              |  |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |      | 检验人：                       |      | 质检专用章<br>王 军 |      | 确认人：         |  | 汤 磊          |  |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872    |      |                            |      |              |      |              |  |              |  |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686   |      | 日期：                        |      | 2026. 05. 12 |      | 日期：          |  | 2026. 05. 12 |  |
| http://www.genever-bio.com |      |                            |      |              |      |              |  |              |  |