

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		广口试剂瓶，125ml，棕色，HDPE		产品货号		GE12-0125			
包装规格		50 个/袋，10 袋/箱		生产批号		20260515			
生产日期		2026. 05. 15	有效期至	2031. 05. 14	检验日期	2026. 05. 16			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 05. 17			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	黑点≤0.2mm²，同侧面黑点≤2 个				符合规定			
		无油污、无异色							
		无裂痕/拉伤、无划伤							
		无色差、无气泡/穿孔							
		浇口/毛刺≤0.3mm							
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定			
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定			
		无变形							
4	密封性	负压 70Kpa~90Kpa，保压 3min，无渗漏				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		质检专用章 王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2026. 05. 17		日期：		2026. 05. 17	
http://www.genever-bio.com									