

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		细胞培养瓶，T225，表面 TC 处理，透气盖，无菌		产品货号		GS03-2250			
包装规格		5 个/袋，5 袋/箱		生产批号		18926002			
生产日期		2026. 07. 08	有效期至	2031. 07. 07	检验日期	2026. 07. 10			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 07. 25			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	应无缺料/破损、开裂、油污、水印、脏污/杂质、飞边、黑点、划伤等不良缺陷				符合规定			
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定			
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定			
		无变形							
4	细胞培养	细胞培养后，细胞贴壁状态良好，形态良好				符合规定			
5	瓶盖滤膜	滤膜焊接后，焊接牢固，无松脱、漏焊、破损以及本体烫伤、划伤等不良				符合规定			
6	无菌	灭菌后经检测应为阴性				符合规定			
7	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）				符合规定			
8	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2026. 07. 25		日期：		2026. 07. 25	
http://www.genever-bio.com									