

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		微量离心管，1.5ml，锥形底，低吸附		产品货号		GCL01-0015			
包装规格		500 个/袋，10 袋/箱		生产批号		260705008			
生产日期		2026.07.05	有效期至	2031.07.04	检验日期	2026.07.06			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.07.07			
序号	检验项目	标准规定			检验结果				
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定				
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡							
		不得有砂眼，周边不得有毛刺							
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定				
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定				
		无变形							
4	离心测试	离心力 25000xg，30min 离心后，不得变形与破裂			符合规定				
5	装配与密封性	管盖和管体装配动作顺畅，无明显卡滞现象			符合规定				
		密封性好，操作中无液体泄露							
6	耐高温性	放入灭菌器中，经 121℃、30min 后，不得变形与损伤			符合规定				
7	耐低温性	放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，不得变形与损伤			符合规定				
8	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）			符合规定				
9	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定				
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		王军		确认人：		汤磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2026.07.07		日期：		2026.07.07	
http://www.genever-bio.com									