

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		透明吸头，10ml，袋装		产品货号		GT-10000	
包装规格		100 支/袋，10 袋/箱		生产批号		202605005	
生产日期		2026. 05. 12	有效期至	2031. 05. 11	检验日期	2026. 05. 13	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 05. 14	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定	
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡					
		不得有砂眼，周边不得有毛刺					
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定	
		无变形					
4	密封性	与移液器配套使用，密封性好，无漏液				符合规定	
5	适配性	与移液器配套使用，应有良好的适配性				符合规定	
6	容量	10ml±1%				符合规定	
7	热原（内毒素）	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）				符合规定	
8	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	王 军	确认人：	汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2026. 05. 14	日期：	2026. 05. 14	
http://www.genever-bio.com							