

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		方形培养基瓶，30ml，PETG，无菌		产品货号		GH02-0030	
包装规格		40 个/袋，5 袋/箱		生产批号		260727003	
生产日期		2026. 07. 27	有效期至	2029. 07. 26	检验日期	2026. 07. 29	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 08. 13	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	瓶口端面应平整，螺纹应圆滑，无明显毛刺、飞边等				符合规定	
		瓶身成型饱满、塑化良好，表面光滑，无明显划痕					
		瓶底站立平稳，放置时不得出现摇晃现象					
		瓶盖应光洁，不得有黑点、锈斑、油污等外来附着物					
		色泽均匀，透明度好，能清晰的观察到容器内的物质					
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定	
3	容量	容量刻度线清晰完整，不得缺失刻度和数字				符合规定	
		30ml±0.5					
4	密封性	瓶盖与瓶身应旋盖顺畅，配合严密				符合规定	
		负压 95Kpa，保压 3min，无渗漏					
5	耐高温性	放入 56℃水浴中，放置 30min 后，不得变形与损伤				符合规定	
6	耐低温性	放入-80℃冰箱下，放置 48h 后，不得变形与损伤				符合规定	
7	无菌	灭菌后经检测应为阴性				符合规定	
8	热原（内毒素）	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		王 军		确认人：	
咨询热线：(+86) 400-996-8872						汤 磊	
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2026. 08. 13		日期：	
http://www.genever-bio.com						2026. 08. 13	