

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		窄口试剂瓶，1000ml，PP		产品货号		GE03-1000	
包装规格		9 个/袋，10 袋/箱		生产批号		20260708	
生产日期		2026. 07. 08	有效期至	2031. 07. 07	检验日期	2026. 07. 09	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 07. 10	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	黑点≤0.2mm²，同侧面黑点≤2 个			符合规定		
		无油污、无异色					
		无裂痕/拉伤、无划伤					
		无色差、无气泡/穿孔					
		浇口/毛刺≤0.3mm					
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定		
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定		
		无变形					
4	密封性	负压 70Kpa~90Kpa，保压 3min，无渗漏			符合规定		
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	质检专用章 王 军		确认人：	汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2026. 07. 10		日期：	2026. 07. 10	
http://www.genever-bio.com							