

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		透明吸头，10ml，盒装，无菌		产品货号		GT-10000-S	
包装规格		24 支/盒，30 盒/箱		生产批号		202607016	
生产日期		2026. 07. 29	有效期至	2029. 07. 28	检验日期	2026. 07. 31	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 08. 15	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定	
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡					
		不得有砂眼，周边不得有毛刺					
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定	
		无变形					
4	密封性	与移液器配套使用，密封性好，无漏液				符合规定	
5	适配性	与移液器配套使用，应有良好的适配性				符合规定	
6	容量	10ml ± 1%				符合规定	
7	无菌	灭菌后经检测应为阴性				符合规定	
8	热原（内毒素）	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）				符合规定	
9	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶				符合规定	
检验结论		合格 质检专用章					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人： 王 军		确认人： 汤 磊		
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期： 2026. 08. 15		日期： 2026. 08. 15		
http://www.genever-bio.com							