

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		离心管，50ml，锥形底，袋装，无菌，离心力 12000g		产品货号		GC01-1500		
包装规格		25 个/袋，20 袋/箱		生产批号		260811003		
生产日期		2026. 08. 11	有效期至	2029. 08. 10	检验日期	2026. 08. 13		
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 08. 28		
序号	检验项目	标准规定				检验结果		
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定		
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡						
		不得有砂眼，周边不得有毛刺						
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定		
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定		
		无变形						
4	细胞培养	细胞培养后，细胞贴壁状态良好，形态良好				符合规定		
5	离心测试	30min 离心后，不得变形与破裂				符合规定		
6	装配与密封性	管盖和管体装配动作顺畅，无明显卡滞现象 密封性好，操作中无液体泄露				符合规定		
7	耐高温性	放入灭菌器中，经 121℃、30min 后，不得变形与损伤				符合规定		
8	耐低温性	放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，不得变形与损伤				符合规定		
9	无菌	灭菌后经检测应为阴性				符合规定		
10	热原（内毒素）	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）				符合规定		
11	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶				符合规定		
检验结论		合格						
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：王军		确认人：汤磊			
咨询热线：(+86) 400-996-8872								
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：2026. 08. 28		日期：2026. 08. 28			
http://www.genever-bio.com								