

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		血清移液管，10ml，橘色标记，独立包装，无菌		产品货号		GP03-0010	
包装规格		50 支/袋，4 袋/箱		生产批号		11026083	
生产日期		2026. 08. 15	有效期至	2029. 08. 14	检验日期	2026. 08. 17	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 09. 01	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	表面和内层不得有影响计量读数、使用效果等缺陷				符合规定	
2	流出时间	最快 0. 5s，最慢 8. 0s				符合规定	
3	等待时间	如规定等待时间，则移液管的弯液面在流液口停止后，等到移液管尖端从接收容器移走前所用的那段时间				符合规定	
4	容量	最小分度 0. 1ml，容量允差≤±0. 2ml				符合规定	
5	无菌	灭菌后经检测应为阴性				符合规定	
6	热原（内毒素）	无热原（细菌内毒素≤0. 125 EU/ml）				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	质检专用章 王 军	确认人：	汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2026. 09. 01	日期：	2026. 09. 01	
http://www.genever-bio.com							