

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		L 型涂布棒，独立包装，无菌		产品货号		GW02-0001				
包装规格		1 支/包，500 包/箱		生产批号		202606020				
生产日期		2026. 06. 30	有效期至		2029. 06. 29	检验日期		2026. 07. 02		
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门		质控部	报告日期		2026. 07. 17		
序号	检验项目		标准规定				检验结果			
1	外观		色泽均匀一致、无明显色差				符合规定			
			表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡							
			不得有砂眼，周边不得有毛刺							
2	尺寸		应符合图纸中规格要求				符合规定			
3	结构		不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定			
			无变形							
4	无菌		灭菌后经检测应为阴性				符合规定			
检验结论			江苏吉泰生物技术(江苏)有限公司 合格 质检专用章							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：		王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872										
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：		2026. 07. 17		日期：		2026. 07. 17	
http://www.genever-bio.com										