

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		吸头盒，1000u1		产品货号		TK1000	
包装规格		50 个/箱		生产批号		202609009	
生产日期		2026. 09. 07	有效期至	2031. 09. 06	检验日期	2026. 09. 08	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 09. 09	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定		
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡					
		不得有砂眼，周边不得有毛刺					
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定		
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定		
		无变形					
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	质检专用章 王 军		确认人：	汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2026. 09. 09		日期：	2026. 09. 09	
http://www.genever-bio.com							