

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		冻存盒，纸质，81 格，适用于 2ml 冻存管		产品货号		GD05-0909	
包装规格		50 个/箱		生产批号		260829004	
生产日期		2026. 08. 29	有效期至	2031. 08. 28	检验日期	2026. 08. 30	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 08. 31	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、无明显色差				符合规定	
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定	
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定	
		无变形				符合规定	
3	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	王军	确认人：	汤磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2026. 08. 31	日期：	2026. 08. 31	
http://www.genever-bio.com							