

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		深孔板，96 孔，圆孔圆底，1.2ml，低吸附，无盖		产品货号		GE-1.2-RD-96L			
包装规格		5 个/袋，10 袋/箱		生产批号		260901003			
生产日期		2026.09.01	有效期至	2031.08.31	检验日期	2026.09.02			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.09.03			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形				符合规定			
		产品表面无气泡、黑点、脏污等							
		产品上毛边小于 0.1mm							
		产品无缺口、破孔、明显色差等							
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定			
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定			
		无变形							
4	负压测试	负压 90KPa，保压 5s，无渗漏				符合规定			
5	耐高温性	放入灭菌器中，经 121℃、30min 后，不得变形与损伤				符合规定			
6	耐低温性	放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，不得变形与损伤				符合规定			
7	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）				符合规定			
8	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		质检专用章 王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2026.09.03		日期：		2026.09.03	
http://www.genever-bio.com									