

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		样品管，5.0ml，可立，带平盖，无色		产品货号		GY01-0050	
包装规格		200 支/袋，20 袋/箱		生产批号		260901005	
生产日期		2026.09.01	有效期至	2031.08.31	检验日期	2026.09.02	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.09.03	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	表面不可有飞边、黑点、气泡、划痕、波浪纹等异常缺陷				符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定	
		无变形					
4	配合性	管体、管盖配合程度良好无卡顿、无滑丝过扭 垫圈与管盖、管体配合良好				符合规定	
5	密封性	负压 60Kpa，保压 10min，无渗漏				符合规定	
6	离心测试	耐受离心力 14000xg，离心 20min 后，不得变形与破裂				符合规定	
7	耐高温性	放入灭菌器中，经 121℃、30min 后，不得变形与损伤				符合规定	
8	耐低温性	放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，不得变形与损伤				符合规定	
9	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）				符合规定	
10	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	质检专用章 王 军	确认人：	汤 磊		
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2026.09.03	日期：	2026.09.03		
http://www.genever-bio.com							