

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		真空过滤器，1000ml，PES，0.45um，直径 90mm，无菌		产品货号		GA07-0006	
包装规格		1 个/袋，12 袋/箱		生产批号		260901006	
生产日期		2026. 09. 01	有效期至	2029. 08. 31	检验日期	2026. 09. 03	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 09. 18	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	膜起泡点	40.0-75.0 psi				符合规定	
2	流速	25℃下纯水测试的流速约 30.0-50.0 ml/min/cm2@-10psi				符合规定	
		25℃下 3.0%TSB 溶液测试的流速约 20-40 ml/min/cm2@-10psi					
3	无菌	灭菌后经检测应为阴性				符合规定	
4	热原（内毒素）	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）				符合规定	
5	生物安全性	本产品材料应符合 USP<87> VI 级塑料生物反应 试验标准				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	质检专用章 王 军	确认人：	汤 磊		
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2026. 09. 18	日期：	2026. 09. 18		
http://www.genever-bio.com							