文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	冻存盒，纸质，81 格，适用于 2ml 冻存管			**产品货号**	GD05-0909
包装规格	50 个/箱			**生产批号**	260930011
生产日期	2026.09.30	**有效期至**	2031.09.29	**检验日期**	2026.10.05
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.10.06

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	色泽均匀一致、无明显色差 表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡	符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格要求	符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象 无变形	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋
咨询热线：(+86) 400-996-8872
固定电话：(+86) 0523-86266686
http://www.genever-bio.com

检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
日期：	2026.10.06	日期：	2026.10.06