文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	微量离心管，10ml，圆底，连盖			**产品货号**	GC01-0100
包装规格	100 个/袋，10 袋/箱			**生产批号**	260930010
生产日期	2026.09.30	**有效期至**	2031.09.29	**检验日期**	2026.10.05
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.10.06

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差	符合规定
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡	
		不得有砂眼，周边不得有毛刺	
2	尺寸	应符合图纸中规格要求	符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象	符合规定
		无变形	
4	离心测试	离心力 25000xg，30min 离心后，不得变形与破裂	符合规定
5	装配与密封性	管盖和管体装配动作顺畅，无明显卡滞现象	符合规定
		密封性好，操作中无液体泄漏	
6	耐高温性	放入灭菌器中，经 121℃、30min 后，不得变形与损伤	符合规定
7	耐低温性	放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，不得变形与损伤	符合规定
8	热原（内毒素）	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）	符合规定
9	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶	符合规定
检验结论		合 格	

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
咨询热线：（+86）400-996-8872				
固定电话：（+86）0523-86266686	日期：	2026.10.06	日期：	2026.10.06
http://www.genever-bio.com				