文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	离心管，50ml，锥形底，袋装，无菌，离心力 9000g			**产品货号**	GC01-0500
包装规格	25 个/袋，20 袋/箱			**生产批号**	261008006
生产日期	2026.10.08	**有效期至**	2029.10.07	**检验日期**	2026.10.10
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.10.25

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差	符合规定
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡	
		不得有砂眼，周边不得有毛刺	
2	尺寸	应符合图纸中规格要求	符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象	符合规定
		无变形	
4	细胞培养	细胞培养后，细胞贴壁状态良好，形态良好	符合规定
5	离心测试	30min 离心后，不得变形与破裂	符合规定
6	装配与密封性	管盖和管体装配动作顺畅，无明显卡滞现象 密封性好，操作中无液体泄露	符合规定
7	耐高温性	放入灭菌器中，经 121℃、30min 后，不得变形与损伤	符合规定
8	耐低温性	放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，不得变形与损伤	符合规定
9	无菌	灭菌后经检测应为阴性	符合规定
10	热原（内毒素）	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）	符合规定
11	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋
咨询热线：(+86) 400-996-8872
固定电话：(+86) 0523-86266686
http://www.genever-bio.com

检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
日期：	2026.10.25	日期：	2026.10.25

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章