文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	方形培养基瓶，250ml，PET，无菌			**产品货号**	GH03-0250
包装规格	30 个/袋，2 袋/箱			**生产批号**	202610003
生产日期	2026.10.13	**有效期至**	2029.10.12	**检验日期**	2026.10.15
检验依据	检验标准操作规程 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.10.30

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	瓶口端面应平整，螺纹应圆滑，无明显毛刺、飞边等	符合规定
		瓶身成型饱满、塑化良好，表面光滑，无明显划痕	
		瓶底站立平稳，放置时不得出现摇晃现象	
		瓶盖应光洁，不得有黑点、锈斑、油污等外来附着物	
		色泽均匀，透明度好，能清晰的观察到容器内的物质	
2	尺寸	应符合图纸中规格要求	符合规定
3	容量	容量刻度线清晰完整，不得缺失刻度和数字	符合规定
		250ml±0.5	
4	密封性	瓶盖与瓶身应旋盖顺畅，配合严密	符合规定
		负压 95Kpa，保压 3min，无渗漏	符合规定
5	耐高温性	放入 56℃水浴中，放置 30min 后，不得变形与损伤	符合规定
6	耐低温性	放入-80℃冰箱下，放置 48h 后，不得变形与损伤	符合规定
7	无菌	灭菌后经检测应为阴性	符合规定
8	热原（内毒素）	无热原（细菌内毒素＜0.125 EU/ml）	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋

咨询热线：(+86) 400-996-8872

固定电话：(+86) 0523-86266686

http://www.genever-bio.com

检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
日期：	2026.10.30	日期：	2026.10.30

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章