文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	透明吸头，10ul，盒装，无菌			**产品货号**	GT-10-S
包装规格	96 支/盒，50 盒/箱			**生产批号**	261011004
生产日期	2026.10.11	**有效期至**	2029.10.10	**检验日期**	2026.10.13
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.10.28

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差	符合规定
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡	
		不得有砂眼，周边不得有毛刺	
2	尺寸	应符合图纸中规格要求	符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象	符合规定
		无变形	
4	密封性	与移液器配套使用，密封性好，无漏液	符合规定
5	适配性	与移液器配套使用，应有良好的适配性	符合规定
6	容量	10ul±1%	符合规定
7	无菌	灭菌后经检测应为阴性	符合规定
8	热原（内毒素）	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）	符合规定
9	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶	符合规定
检验结论		合 格	

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋

咨询热线：(+86) 400-996-8872

固定电话：(+86) 0523-86266686

http://www.genever-bio.com

检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
日期：	2026.10.28	日期：	2026.10.28