文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	90PC 耐高温培养皿矮款			**产品货号**	FW-WB-002
包装规格	16 个/袋，25 袋/箱			**生产批号**	F260908A
生产日期	2026.09.05	**有效期至**	2031.09.04	**检验日期**	2026.09.10
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.09.11

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差	符合规定
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡	
		不得有砂眼，周边不得有毛刺	
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象	符合规定
		无变形	
3	尺寸	应符合图纸中规格要求	符合规定
4	耐高温性	放入高压灭菌器，经 121℃30min 后，应无变形与损伤	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋

咨询热线：(+86) 400-996-8872

固定电话：(+86) 0523-86266686

http://www.genever-bio.com

检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
日期：	2026.09.11	日期：	2026.09.11