文件编号：JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **产品名称** | 蓝色吸头，1250ul，袋装 | | | **产品货号** | GT-1250B |
| **包装规格** | 1000 支/袋，10 袋/箱 | | | **生产批号** | 261012004 |
| **生产日期** | 2026.10.12 | **有效期至** | 2031.10.11 | **检验日期** | 2026.10.13 |
| **检验依据** | 检验标准指导书 SIP | **检验部门** | 质控部 | **报告日期** | 2026.10.14 |

| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | 检验结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外观 | 色泽均匀一致、透明、无明显色差 | 符合规定 |
| | | 表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡 | |
| | | 不得有砂眼，周边不得有毛刺 | |
| 2 | 尺寸 | 应符合图纸中规格要求 | 符合规定 |
| 3 | 结构 | 不可有缺料、多料、断裂等现象 | 符合规定 |
| | | 无变形 | |
| 4 | 密封性 | 与移液器配套使用，密封性好，无漏液 | 符合规定 |
| 5 | 适配性 | 与移液器配套使用，应有良好的适配性 | 符合规定 |
| 6 | 容量 | 1250ul±1% | 符合规定 |
| 7 | 热原（内毒素） | 无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml） | 符合规定 |
| 8 | 核酸酶 | 无 DNA 酶和 RNA 酶 | 符合规定 |
| | | | |
| | | | |
| **检验结论** | | 合 格 | |

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋 | 检验人： | 王 军 | 确认人： | 汤 磊 |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872 | | | | |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686 | 日期： | 2026.10.14 | 日期： | 2026.10.14 |
| http://www.genever-bio.com | | | | |