文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	酶标板，F96，黑色，中结合力，无盖			**产品货号**	GM02-96M
包装规格	25 个/袋，4 袋/箱			**生产批号**	261019001
生产日期	2026.10.19	**有效期至**	2031.10.18	**检验日期**	2026.10.20
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.10.21

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	产品表面不可有黑点、气泡、飞边、破损、变形等不良缺陷	符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格要求	符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象 无变形	符合规定
4	平整度	每孔中和孔间高度差不得大于 0.02mm	符合规定
5	配合性	酶标板八孔条与酶标板框架装配良好，无装配过紧或明显松动	符合规定
6	ELISA	CV 值≤10%	符合规定
7	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）	符合规定
8	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
咨询热线：(+86) 400-996-8872				
固定电话：(+86) 0523-86266686	日期：	2026.10.21	日期：	2026.10.21
http://www.genever-bio.com				