文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	微孔滤膜，水系，混合纤维素 MCE，47mm，0.45um，白膜，无菌			**产品货号**	GE-F5024-1S
包装规格	200 片/盒			**生产批号**	261022002
生产日期	2026.10.22	**有效期至**	2029.10.21	**检验日期**	2026.10.24
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.11.08

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	直径	47±0.05mm	47.0
2	润湿性	亲水性的	符合规定
3	最高工作温度	100℃	符合规定
4	起泡点	2.3～3.0bar	2.6
4	清洁度	无斑点、无杂质	符合规定
5	无菌	灭菌后经检测应为无菌	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王 军	确认人： 汤 磊
咨询热线：（+86）400-996-8872			
固定电话：（+86）0523-86266686	日期：	2026.11.08	日期： 2026.11.08
http://www.genever-bio.com			