文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	巴氏吸管，5ml，独立包装，无菌			**产品货号**	GP02-1005
包装规格	100 支/袋，5 袋/箱			**生产批号**	261021004
生产日期	2026.10.21	**有效期至**	2029.10.20	**检验日期**	2026.10.23
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.11.07

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差	符合规定
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡	
		不得有砂眼，周边不得有毛刺	
2	尺寸	应符合图纸中规格要求	符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象	符合规定
		无变形	
4	容量	5ml±0.1	符合规定
5	无菌	灭菌后经检测应为阴性	符合规定
6	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）	符合规定
7	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶	符合规定
检验结论		合 格	

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王 军	确认人： 汤 磊
咨询热线：(+86) 400-996-8872			
固定电话：(+86) 0523-86266686	日期：	2026.11.07	日期： 2026.11.07
http://www.genever-bio.com			