文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	PCR96 孔板，0.1ml，白色，全裙边			**产品货号**	PCR-01F-96W
包装规格	10 个/袋，5 袋/箱			**生产批号**	261022003
生产日期	2026.10.22	**有效期至**	2031.10.21	**检验日期**	2026.10.23
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.10.24

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	表面不得有黑点、气泡、拉痕、破损等异常缺陷	符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格要求	符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象 无变形	符合规定
4	壁厚	壁厚标准规格：0.180～0.360mm	符合规定
5	蒸发率	PCR96 孔板≤10%	符合规定
6	离心测试	20min 离心后，无漏液	符合规定
7	负压测试	负压 90KPa，保压 5s，无渗漏	符合规定
8	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）	符合规定
9	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶	符合规定
检验结论		合 格	

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
咨询热线：(+86) 400-996-8872				
固定电话：(+86) 0523-86266686	日期：	2026.10.24	日期：	2026.10.24
http://www.genever-bio.com				