文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	超滤离心管，15ml，100KD			**产品货号**	GA03-1505
包装规格	12 个/盒			**生产批号**	261019005
生产日期	2026.10.19	**有效期至**	2028.10.18	**检验日期**	2026.10.20
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.10.21

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	材质	膜材质：PES	符合规定
		过滤器材质：PC	
		滤出液管和滤出液盖子及衬里材质：PP	
2	有效过滤面积	7.2cm^2	符合规定
3	尺寸和过滤器尺寸	应符合图纸中规格要求	符合规定
4	容量	最大样品体积 15ml，最大过滤体积 17ml	符合规定
5	滞留量和锁止体积	≤30 和 300	符合规定
6	PH 范围	1-14	符合规定
7	摆桶式转子和定角转子	水平转子：4000g，定角转子：5000g	符合规定
8	完整性测试	合格	符合规定
9	免疫球蛋白 G（1mg/ml）截留率	＞95%（1mg/ml 卵清白蛋白）	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋
咨询热线：(+86) 400-996-8872
固定电话：(+86) 0523-86266686
http://www.genever-bio.com

检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
日期：	2026.10.21	日期：	2026.10.21

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章