文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	窄口试剂瓶，250ml，HDPE			**产品货号**	GE04-0250
包装规格	25 个/袋，10 袋/箱			**生产批号**	20260616
生产日期	2026.06.16	**有效期至**	2031.06.15	**检验日期**	2026.06.17
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.06.18

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	黑点≤0.2mm²，同侧面黑点≤2 个	符合规定
		无油污、无异色	
		无裂痕/拉伤、无划伤	
		无色差、无气泡/穿孔	
		浇口/毛刺≤0.3mm	
2	尺寸	应符合图纸中规格要求	符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象	符合规定
		无变形	
4	密封性	负压 70Kpa～90Kpa，保压 3min，无渗漏	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王 军	确认人： 汤 磊
咨询热线：（+86）400-996-8872			
固定电话：（+86）0523-86266686	日期：	2026.06.18	日期： 2026.06.18
http://www.genever-bio.com			