文件编号：JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **产品名称** | 血清移液管，50ml，紫色标记，独立包装，无菌 | | | **产品货号** | GP03-0050 |
| **包装规格** | 25 支/袋，4 袋/箱 | | | **生产批号** | 261028008 |
| **生产日期** | 2026.10.28 | **有效期至** | 2029.10.27 | **检验日期** | 2026.10.30 |
| **检验依据** | 检验标准指导书 SIP | **检验部门** | 质控部 | **报告日期** | 2026.11.14 |

| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | 检验结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外观 | 表面和内层不得有影响计量读数、使用效果等缺陷 | 符合规定 |
| 2 | 流出时间 | 最快 0.5s，最慢 4.0s | 符合规定 |
| 3 | 等待时间 | 如规定等待时间，则移液管的弯液面在流液口停止后，等到移液管尖端从接收容器移走前所用的那段时间 | 符合规定 |
| 4 | 容量 | 最小分度 0.02ml，容量允差≤±0.04ml | 符合规定 |
| 5 | 无菌 | 灭菌后经检测应为阴性 | 符合规定 |
| 6 | 热原(内毒素) | 无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml） | 符合规定 |
| | | | |
| | | | |
| **检验结论** | | 合 格 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋 | 检验人： | 王 军 | 确认人： 汤 磊 |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872 | | | |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686 | 日期： | 2026.11.14 | 日期： 2026.11.14 |
| http://www.genever-bio.com | | | |