文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	血清移液管，2ml，绿色标记，独立包装，无菌			**产品货号**	GP03-0002
包装规格	50 支/袋，10 袋/箱			**生产批号**	261028005
生产日期	2026.10.28	**有效期至**	2029.10.27	**检验日期**	2026.10.30
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.11.14

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	表面和内层不得有影响计量读数、使用效果等缺陷	符合规定
2	流出时间	最快 0.5s，最慢 4.0s	符合规定
3	等待时间	如规定等待时间，则移液管的弯液面在流液口停止后，等到移液管尖端从接收容器移走前所用的那段时间	符合规定
4	容量	最小分度 0.02ml，容量允差≤±0.04ml	符合规定
5	无菌	灭菌后经检测应为阴性	符合规定
6	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王 军	确认人： 汤 磊
咨询热线：(+86) 400-996-8872			
固定电话：(+86) 0523-86266686	日期：	2026.11.14	日期： 2026.11.14
http://www.genever-bio.com			

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章