文件编号：JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **产品名称** | PCR96 孔板，0.2ml，白色，无裙边 | | | **产品货号** | PCR-02-96W |
| **包装规格** | 10 个/袋，5 袋/箱 | | | **生产批号** | 261026006 |
| **生产日期** | 2026.10.26 | **有效期至** | 2031.10.25 | **检验日期** | 2026.10.27 |
| **检验依据** | 检验标准指导书 SIP | **检验部门** | 质控部 | **报告日期** | 2026.10.28 |

| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | 检验结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外观 | 表面不得有黑点、气泡、拉痕、破损等异常缺陷 | 符合规定 |
| 2 | 尺寸 | 应符合图纸中规格要求 | 符合规定 |
| 3 | 结构 | 不可有缺料、多料、断裂等现象<br>无变形 | 符合规定 |
| 4 | 壁厚 | 壁厚标准规格：0.180～0.360mm | 符合规定 |
| 5 | 蒸发率 | PCR96 孔板≤10% | 符合规定 |
| 6 | 离心测试 | 20min 离心后，无漏液 | 符合规定 |
| 7 | 负压测试 | 负压 90KPa，保压 5s，无渗漏 | 符合规定 |
| 8 | 热原(内毒素) | 无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml） | 符合规定 |
| 9 | 核酸酶 | 无 DNA 酶和 RNA 酶 | 符合规定 |
| | | | |
| | | | |
| **检验结论** | | 合 格 | |

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋 | 检验人： | 王 军 | 确认人： | 汤 磊 |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872 | | | | |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686 | 日期： | 2026.10.28 | 日期： | 2026.10.28 |
| http://www.genever-bio.com | | | | |