文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	针式过滤器，PTFE，13mm，0.22um			**产品货号**	GA01-1311
包装规格	100 个/盒			**生产批号**	261028010
生产日期	2026.10.28	**有效期至**	2031.10.27	**检验日期**	2026.10.29
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2026.10.30

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	无闪光、变形、可见的斑点	符合规定
2	过滤面积	0.8cm^2	符合规定
3	Holdup 体积	15ul	符合规定
4	润湿性	亲水性的	符合规定
5	进口/出口	母鲁尔锁口/公鲁尔滑口	符合规定
6	最高工作温度	100℃	符合规定
7	起泡点	2.75-3.25bar	符合规定
8	燃烧压力	15bar	符合规定
9	清洁度	无斑点，无杂质	符合规定
10	完整性测试	压力下无泄漏	符合规定
检验结论		合 格	

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王 军	确认人： 汤 磊
咨询热线：（+86）400-996-8872			
固定电话：（+86）0523-86266686	日期：	2026.10.30	日期： 2026.10.30
http://www.genever-bio.com			